

様々な菌・ウイルスによる試験結果

S.E. Technologies Limited

【試験結果】

試験媒体：大腸菌

除去率 99.95%

試験媒体：MRSA

除去率 99.94%

試験媒体：インフルエンザウイルスA型

除去率 99.00%

試験機関：社団法人 北里研究所 医療環境科学センター
試験番号：00228 平成15年3月19日
試験方法（ウイルス）：細胞変性効果法（CRE:Cytopathic effect）
試験方法（細胞）：普通寒天平板培養法
試験機種：「青い森の風」BF-H201A
除去能力：ウイルス・細菌に対して十分な除去能力を持つ事を確認

黄色ぶどう球菌

約0.5 μ m



大腸菌

約1 μ m

